

สำเนาฉบับ

รายละเอียดคุณลักษณะ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๑. คุณลักษณะของรถยนต์ ประกอบด้วย

๑.๑ คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์

๑.๑.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ปริมาตรความจุภายใน
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และเครื่องยนต์กับตัว
รถยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

๑.๑.๒ ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าแบบปีกนกคู่พร้อมเหล็กกันโคลง ล้อหลังแหนบซ้อน
และใช้คอปช่วย

๑.๑.๓ ระบบพวงมาลัยขับเคลื่อนขวาระบบแรคแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์จากโรงงานผู้ผลิต

๑.๑.๔ ระบบห้ามล้อ ดิสเบรกล้อหน้า ตรีเบรกล้อหลัง หรือดิสเบรกทั้งสี่ล้อ พร้อมระบบ
เบรก ABS

๑.๑.๕ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์
และโคมไฟฟ้าประจำรถครบถ้วน

๑.๑.๖ ล้อกระทะและยางเป็นขนาดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๑.๗ ในห้องคนขับ ติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM พร้อมลำโพง

๑.๑.๘ ห้องคนขับมีประตู เปิด-ปิด ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา มีกุญแจล็อกได้ และติดตั้ง
กระจกไฟฟ้า ขึ้น - ลง อัตโนมัติ

๑.๑.๙ กล้องบันทึกภาพติดรถยนต์ Full HD จำนวน ๒ ตัว พร้อมการ์ดเมมโมรี่ ๓๒ GB
ติดด้านหน้าและภายในห้องปฏิบัติการหรือดีกว่า

๑.๑.๑๐ ระบบเชื้อเพลิงเป็นแบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

๑.๑.๑๑ ภายในห้องคนขับติดตั้งระบบปรับอากาศ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๑.๑๒ ขณะถอยรถต้องมีเสียงสัญญาณขณะถอย พร้อมติดตั้งกล้องมองหลังจำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๑๓ มีอุปกรณ์เครื่องมือประจำตัวรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๒ อุปกรณ์ประจำรถ

๑.๒.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ตามขนาดมาตรฐาน ๑ ชุด

๑.๒.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้ามแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต ๑ ชุด

๑.๒.๓ ประแจถอดล้อ ๑ อัน

๑.๒.๔ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย

๑.๒.๔.๑ ประแจปากตาย ๒ ตัว

๑.๒.๔.๒ ไขควงทั้งปากแบนและแฉก ๑ ชุด

๑.๒.๔.๓ คีมธรรมดา ๑ อัน

๑.๒.๔.๔ ขອງหรือกล่องเก็บเครื่องมือข้างต้น ๑ ใบ

๑.๒.๕ เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับตอนหน้า

๑.๓ คุณลักษณะทั่วไปของรถพยาบาลฉุกเฉิน

๑.๓.๑ ประตูมีด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้าออก

๑.๓.๑.๑ เป็นหลังคาที่ทำจากไฟเบอร์กลาส ชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทานจากผู้ผลิตที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ การครอบคลุมขอบข่ายการออกแบบ การประกอบรถพยาบาล และการผลิตหลังคาไฟเบอร์

๑.๓.๑.๒ คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการผลิตหลังคารถพยาบาล เป็นใยแก้วที่ผสมผสานกับน้ำยาเรซิน ขึ้นรูปทั้งหลังไว้รอยต่อโดยหลังคาจะทำการเสริมความแข็งแรงและเสริมด้วยแผ่นเหล็กบริเวณจุดยึดอุปกรณ์ต่างๆ มีชุดอุปกรณ์ตกแต่ง ภายในนอกและภายในที่ทำ จากไฟเบอร์กลาสชนิดเดียวกัน ที่ให้ความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน

๑.๓.๑.๓ ความสูงของหลังคาจากขอบกระเบ ไม่น้อยกว่า ๘๗ เซนติเมตร ด้านข้างซ้าย - ขวามีช่องหน้าต่างไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง พร้อมกระจกบานเลื่อนไม่น้อยกว่า ๖ แผ่น สามารถล็อกได้จากภายในรถ ประตูผาท้ายทำจากไฟเบอร์กลาสเปิด - ปิด ขึ้นด้านบนไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา ด้านใน - ด้านนอกของบานประตูมีมือจับประตูและด้านนอกมีราวจับสำหรับเปิด - ปิด พร้อมกุญแจล็อกผาท้าย

๑.๓.๑.๔ ผู้ผลิต ประกอบ ดัดแปลงรถพยาบาลจะต้องได้รับอนุญาตประกอบดัดแปลงรถพยาบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรม

๑.๓.๑.๕ ผู้ผลิต ประกอบ ดัดแปลงรถพยาบาล จะต้องได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO๙๐๐๑: ๒๐๑๕ การครอบคลุมขอบข่ายการออกแบบ และประกอบรถพยาบาล และการผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาส พร้อมแนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตในวันเสนอราคา

๑.๓.๑.๖ ผู้ผลิต ประกอบ ดัดแปลงรถพยาบาล จะต้องมีความชำนาญในจังหวัดที่ท่านเสนอราคา และจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดกันโดยรอบ ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง เพื่อความสะดวกในการจัดหาอะไหล่ วัสดุ/อุปกรณ์ การบริการบำรุงรักษา/ซ่อมแซม พร้อมแสดงเอกสารระบุสถานที่ตั้งหรือรูปถ่ายสถานที่ตั้งอย่างชัดเจนในวันเสนอราคา

๑.๓.๒ ห้องพยาบาลมีตู้เก็บที่อบรรจุก๊าซตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์

๑.๓.๒.๑ พื้นห้องพยาบาลทำจากไฟเบอร์กลาสทั้งแผ่นขึ้นรูป ไร้รอยต่อ เป็นขึ้นเดียวกับฐานเตียงพยาบาล กันน้ำได้ ๑๐๐ % ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ การครอบคลุมขอบข่ายการออกแบบประกอบรถพยาบาล และการผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาส พร้อมเอกสารรับรองและแสดงรูปภาพชิ้นงานเต็มแผ่นพื้นที่ของห้องพยาบาล ทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปเป็นขึ้นเดียวกับฐานเตียงพยาบาล ก่อนนำมาประกอบเป็นรถพยาบาลในวันเสนอราคา

๑.๓.๒.๒ ผนังห้องพยาบาลด้านข้าง (ซ้าย - ขวา) และด้านหน้า มีความสูงถึงขอบกระเบผลิตจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป เป็นขึ้นเดียวกับตัวพื้นห้องพยาบาล

๑.๓.๒.๓ ด้านซ้ายมือติดตั้งเก้าอี้ยาวเอนกประสงค์ชนิด ๓ ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาส ที่นั่งและผนังบุด้วยฟองน้ำและหุ้ม PVC ด้านใต้เก้าอี้เป็นที่เก็บของ โดยการเปิดเบาะนั่งขึ้น ถัดจากเก้าอี้เอนกประสงค์เป็นตู้เก็บถังออกซิเจนทำจากไฟเบอร์กลาส สำหรับรองรับถังออกซิเจนได้ ๒ ถัง มีประตูปิด - เปิดพร้อมกุญแจล็อก

๑.๓.๒.๔ ด้านขวามือติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทำจากไฟเบอร์กลาส มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน ๗๐ เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นบานเลื่อนซ้าย - ขวาทาจากวัสดุใสเพื่อมองเห็นภายใน เหนือตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์เป็นแผงควบคุมระบบออกซิเจนแบบ (PIPE LINE) ทำจากไฟเบอร์กลาส

๑.๓.๒.๕ ตรงกลางห้องพยาบาล เป็นฐานเตียงพยาบาล ทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกับตัวพื้นห้องพยาบาล ด้านบนหุ้มด้วยสแตนเลส เพื่อป้องกันการกระแทกของเตียงพยาบาล เวลาขึ้น - ลง มีระบบล็อกเตียงจากด้านท้าย และระบบปลดล็อกเตียงอัตโนมัติ ด้านใต้ของฐานเตียง สามารถเก็บกระดานแข็งรองนอนได้

๑.๓.๒.๖ พื้นห้องพยาบาลปูทับด้วย แผ่นอลูมิเนียมกันลื่น (ด้านบนพื้น)

๑.๔ วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๒๕ วัตต์

๑.๔.๑ เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต์

๑.๔.๒ เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งานได้ดี ในย่านความถี่ ๑๓๖ MHz ถึง ๑๗๔ MHz สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Simplex และ Semi Duplex

๑.๔.๓ ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงไม่ต่ำกว่า ๑๒ โวลต์ จาก แบตเตอรี่

๑.๔.๔ มีช่องความถี่ในการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ช่อง

๑.๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย

๑.๔.๖ ภาควัดสัญญาณมีกำลังส่งออกอากาศไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์

๑.๔.๗ ไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด

๑.๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยนำมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑.๔.๙ หนังสือคู่มือการใช้เครื่องวิทยุเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด

๑.๕ เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง

๑.๕.๑ มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดแฉวยาวติดตั้งด้านหน้ารถเหนือคนขับ

๑.๕.๒ สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอด LED (แดง-น้ำเงิน) พร้อมสัญญาณเสียงไซเรน ๕ เสียงใช้งาน ๑๒ VDC

๑.๕.๓ ขนาดของแผงไฟยาวไม่เกิน ๑๑๘ ซม.สูงไม่เกิน ๖ เซนติเมตร กว้างไม่เกิน ๓๔ เซนติเมตร

๑.๕.๔ เวลาพูดโดยใช้รีโมทไมโครโฟน เสียงไซเรนจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ

๑.๕.๕ ชุดหลอด LED ชุดละ ๔ ดวงติดตั้งเพื่อให้แสงกระพริบ

- ด้านหน้าเป็น LED สีแดง ๔ ชุด และสีน้ำเงิน ๔ ชุด

- ด้านข้างเป็น LED สีแดง ๒ ชุด และ สีน้ำเงิน ๒ ชุด

- ด้านหลังเป็น LED สีแดง ๔ ชุด และสีน้ำเงิน ๔ ชุด

- ฝาครอบทำด้วยพลาสติก (Polycarbonate) ชนิดใส ทนความร้อน

๑.๕.๖ มีชุดไฟ LED สีขาว ส่องสว่างด้านข้างซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ ชุด ชุดละ ๓ ดวง

๑.๕.๗ มีชุดควบคุมการทำงานของไฟฉุกเฉินหลอด LED ใช้กับกระแสไฟ ๑๒ VDC

๑.๕.๘ เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ใช้กับแรงดันไฟ ๑๒ VDC มีขนาดกะทัดรัด

๑.๕.๙ ลำโพงรองรับกำลังของเครื่องขยายอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์

๑.๕.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันยื่นเสนอราคา

๑.๕.๑๑ บนหลังคาส่วนท้ายด้านข้างซ้าย/ขวา ติดตั้งไฟกระพริบสีตามที่กฎหมายกำหนด แบบ LED จำนวน ๒ ชุด ตอนกลางส่วนบนมีไฟเบรก LED สีแดง

๑.๕.๑๒ ในห้องพยาบาลติดตั้งระบบแสงสว่าง มีสวิตช์ควบคุมชนิด ๒ ทาง สามารถควบคุมการเปิด - ปิด ได้จากห้องพยาบาล และชุดหลอดไฟ LED ๒ ชุดมีสวิตช์ควบคุมการเปิด - ปิดที่ตัวอุปกรณ์

๑.๕.๑๓ บนหลังคาด้านซ้าย-ขวาติดตั้งโคมไฟเบอร์กลาส ภายในมีไฟ SPOT LIGHT ชนิด LED และไฟฉุกเฉิน LED ด้านละ ๒ ชุด โดยทั้งหมดมีสวิตช์ควบคุมการเปิด - ปิดได้จากห้องคนขับ

๑.๕.๑๔ ภายในด้านท้ายติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ ปรับเอียงขึ้น - ลง ได้ขนาด ๑๘ วัตต์ ๑ ดวง มีสวิตช์สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้จาก ห้องพยาบาล

๑.๗ ชุด - หลังคาไฟเบอร์กลาส (รถพยาบาลฉุกเฉิน)

๑.๗.๑ หลังคาไฟเบอร์กลาส (ประตูผาท้ายขึ้นเดียวเปิดขึ้น) ความสูงจากขอบกระเบไม่ต่ำกว่า ๘๗ เซนติเมตร

๑.๗.๑.๑ เป็นหลังคาที่ทำจากไฟเบอร์กลาส ชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถยืดหยุ่นได้ ตามสภาพการใช้งาน ผู้ผลิตต้องได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO๙๐๐๑: ๒๐๑๕ การครอบคลุมขอบข่ายการออกแบบ และประกอบรถพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ประกอบดัดแปลงรถพยาบาล) จากกระทรวงอุตสาหกรรม และมีตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดที่ท่านเสนอราคาและมีตัวแทนจำหน่ายไม่น้อยกว่า ๘๐ แห่งทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกในการบริการ หรือบำรุงรักษา พร้อมเอกสารรับรองในวันเสนอราคา

๑.๗.๑.๒ คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตหลังคารถพยาบาล ผลิตจากไฟเบอร์กลาสผสมผสานกับน้ำยาเรซินที่มีความแข็งแรงทนทานยืดหยุ่นได้ตามสภาพการใช้งานตามมาตรฐาน โดยตัวหลังคาจะมีการเสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็ก บริเวณจุดยึดอุปกรณ์ต่างๆ มีชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก และภายในที่ทำมาจากไฟเบอร์กลาสชนิดเดียวกัน ที่ให้ความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

๑.๗.๑.๓ ประตูผาท้ายทำจากไฟเบอร์กลาสมีช่องกระจกนิรภัย สามารถเปิดออกจากภายในได้

๑.๗.๑.๔ มีกระจกบานเลื่อนด้านหน้า สามารถล็อกได้จากห้องพยาบาล

๑.๗.๒ ชุดโคมไฟติดข้างรถผลิตจากไฟเบอร์กลาสพร้อมไฟสปอร์ตไลท์และไฟฉุกเฉินหลอดไฟ LED สีตามที่กฎหมายกำหนด (๑ชุด / ๒ชิ้น)

๑.๗.๒.๑ ชุดไฟฉุกเฉินพร้อมไฟสปอร์ตไลท์ ติดตั้งด้านบนหลังคาด้านข้าง ทั้ง ๔ ด้าน ออกแบบให้เข้ากับรูปทรงของหลังคาไฟเบอร์กลาสซิลิกันน้ำเข้าประกอบด้วย

๑.๗.๒.๒ ชุดไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนด ใช้สำหรับขอสัญญาณทางหรือในสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุ

๑.๗.๒.๓ ชุดไฟสปอร์ตไลท์ ช่วยให้แสงสว่างในเวลากลางคืน หรือสถานที่ ที่ให้แสงสว่างไม่เพียงพอในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่

๑.๗.๓ ไฟฉุกเฉินติดท้ายหลังคาเลนส์สีหลอดไฟ LED (สีตามที่กฎหมายกำหนด) พร้อมไฟเบรคหลัง

๑.๗.๓.๑ ไฟฉุกเฉิน(สีตามที่กฎหมายกำหนด) ชนิดหลอดไฟ LED ใช้ไฟกระแสดตรง ๑๒ VDC

๑.๘ บันไดท้าย

๑.๘.๑ ผลิตจากท่อสแตนเลส มีความแข็งแรง

๑.๘.๒ ขนาดบันไดท้ายยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร

๑.๘.๓ แผ่นอลูมิเนียมลาย (ป้องกันการลื่น) หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๑.๘.๔ บันไดท้ายยึดติดกับตัวรถที่ใช้ BRACKET เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ตัว (ต้องตรวจวัดความหนาได้ตามกำหนด) ใช้ในการยึดติดเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ต่อการกระแทกและรับน้ำหนักได้ดี

๑.๙ กระงะบานเลื่อนหลังคนขับ

๑.๙.๑ ชนิดกระงะบานเลื่อนซ้าย - ขวา สามารถล็อกได้จากห้องคนขับรถ

๑.๑๐ ชุดแอร์แวนเพิ่มคอมเพรสเซอร์ ๑ ลูก แยกออกจากห้องคนขับ

๑.๑๐.๑ ระบบแอร์แวนใช้กับน้ำยา ๑๓๔ A

๑.๑๐.๒ ช่องลมแอร์ ผลิตจากพลาสติก กระจายลมได้ทั่วถึงทั้งห้องโดยสารด้วยช่องลมไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง พร้อมปรับขึ้น - ลง ซ้าย - ขวาได้ ๔ ทิศทาง

๑.๑๐.๓ สวิตช์เปิด - ปิด ใช้งานง่าย ควบคุมการเปิด - ปิด และปรับความแรงลม ๓ ระดับ

๑.๑๐.๔ มอเตอร์พัดลมให้ลมแรงสม่ำเสมอ

๑.๑๐.๕ ภายนอกติดตั้งแผงระบายความร้อนบริเวณด้านหน้าห้องพยาบาล เหนือห้องคนขับ ครอบปิดด้วยไฟเบอร์กลาส

๑.๑๐.๖ ภายในด้านหน้าติดตั้งคอยล์เย็นและครอบปิดด้วยไฟเบอร์กลาสหล่อเข้ารูป

๑.๑๑ ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ ที่แขวนน้ำเกลือ , ไฟ LED ฟลูออเรสเซนต์ , ไฟ LED พร้อมสวิตช์ เปิด - ปิด, ราวจับสแตนเลส, พร้อมไฟ SPOT LIGHT

๑.๑๑.๑ ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปเสริมแรง พร้อมทำสีออกแบบเพื่อใช้กับรถพยาบาลโดยเฉพาะ

- ๑.๑๑.๒ ราวสแตนเลสมือจับ ทำจากสแตนเลสสตีลขัดขึ้นเงา ทนทานต่อแรงกัดกร่อน
- ๑.๑๑.๓ ชูตไฟ LED โครงสร้างทำจากพลาสติกทนความร้อน พร้อมชูตไฟ LED ให้แสงสว่างที่
นวลตาไม่ส่งผลต่อสายตา
- ๑.๑๑.๔ ชูตไฟ LED ฟลูออเรสเซนต์ใช้กับระบบไฟ ๑๒ VDC/๑๕ W ให้แสงสว่างทั่วห้อง
โดยสาร
- ๑.๑๑.๕ ชูตไฟสปอตไลท์ชนิด LED โครงสร้างทำมาจากพลาสติกแข็ง ทนต่อความร้อนและ
แรงกระแทกพร้อมระบบกันน้ำ ๑๐๐%
- ๑.๑๑.๖ ชูตแขวนน้ำเกลือ เป็นสแตนเลสสตีล ทนต่อแรงดึงและรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า
๒ กิโลกรัม

๑.๑๒ ราวจับด้านข้างประตู สแตนเลส

- ๑.๑๒.๑ ราวจับข้างประตู ใช้สำหรับจับยึดขณะก้าวขึ้น - ลง จากภายในห้องโดยสาร
เพื่อความสะดวกขณะปฏิบัติหน้าที่
- ๑.๑๒.๒ ราวจับข้างประตู ผลิตจากสแตนเลสสตีลขัดเงา มีความแข็งแรงทนทานต่อการยึดจับ
เป็นอย่างดี
- ๑.๑๒.๓ มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร
- ๑.๑๓.๔ ชูตท่อมือจับสแตนเลสสตีลเชื่อมติดกับแป้นสแตนเลสสตีล

๑.๑๓ พิล์มกรองแสงรอบคันพร้อมกระจกบานหน้าต่างเต็มบาน

- ๑.๑๓.๑ เป็นฟิล์มกรองแสงที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์
กันแสงได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ % กันความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๕๐% 'ต้องมีเอกสารแสดงชัดเจนเช่น ใบรับรอง
คุณภาพสินค้าให้ยื่นในวันเสนอราคา

๑.๑๔ นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล

- ๑.๑๔.๑ นาฬิกาบอกเวลาติดผนังห้องพยาบาล แบบดิจิตอลบอกรายละเอียด วัน
เดือน ปี เวลา อุณหภูมิ

๑.๑๕ กรวยมีสัญญาณแบบพับเก็บได้ จำนวน ๒ อัน

๑.๑๖ ถังดับเพลิงขนาด ๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง

๒. คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ ประกอบด้วย

๒.๑ เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้

- ๒.๑.๑ ตัวเตียงและโครงทำจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรงทนทาน
- ๒.๑.๒ แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากอลูมิเนียม หรือโลหะปลอดสนิมอย่างดี

ผู้ป่วย

๒.๑.๓ พนักงานหลังสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา โดยมีใช้ค้ำช่วยรับน้ำหนัก

คนเดียว

๒.๑.๔ การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นเก้าอี้เข็น สามารถทำได้สะดวกโดยเจ้าหน้าที่เพียง

๒.๑.๕ มีเบาะรองนอน พร้อมสายรัดผู้ป่วยจำนวน ๒ เส้น

๒.๑.๖ เตียงออกแบบให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

๒.๑.๗ เตียงชนิดนี้ใช้ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลฉุกเฉิน ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ผู้ได้รับบาดเจ็บ

๒.๑.๘ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ กิโลกรัม พร้อมเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ
มายื่นในวันเสนอราคา

๑.๑.๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันยื่นเอกสาร
เสนอราคา

๒.๒ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

๒.๒.๑ หน้ากากทำจากซิลิโคนสีใส ช่วยให้ง่ายต่อการสังเกตอาการของผู้ป่วย Mark No.๕
สำหรับผู้ใหญ่จำนวน ๑ อัน และ Mask No.๓ สำหรับเด็กจำนวน ๑ อัน

๒.๒.๒ ถุงลมทำจากซิลิโคนสีขาว สามารถมองเห็นได้ภายในตัวลูกยางผิวด้านนอกหยาบสลับ
เรียบ เพื่อความกระชับขณะบีบ สำหรับผู้ใหญ่มิขนาด ๑,๔๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กมีขนาด ๔๕๐ มิลลิลิตร

๒.๒.๓ ถุงสำรองออกซิเจนทำจาก Polyvinylchloride สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก มีขนาดความจุ
๒,๗๐๐ มิลลิลิตร

๒.๒.๔ พร้อมสายออกซิเจน จำนวน ๑ เส้น

๒.๓. เครื่องส่องกล้องเสียง และเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรยนต์

๒.๓.๑ เครื่องส่องกล้องเสียง

๒.๓.๑.๑ เป็นชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลมให้แสงสว่างโดยใยแก้วนำแสง FIBER

OPTIC

๒.๓.๑.๒ ใช้ถ่านไฟฉายขนาดกลางจำนวน ๒ ก้อน

๒.๓.๑.๓ หลอดไฟเป็นหลอด HALOGEN/XENON ติดอยู่ในด้ามมือ (HANDLE)

๒.๓.๑.๔ สวิตช์จะทำงานเมื่อประกอบแผ่นส่องตรวจ (BLADE) เข้ากับด้ามถือแสง

สว่างจะส่องผ่านแผ่นตรวจ

๒.๓.๑.๕ ด้ามถือและแผ่นส่องตรวจทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม

๒.๓.๑.๖ ด้ามถือสามารถถอดได้จำนวน ๒ ข้าง ทั้งหัวและท้ายเพื่อสะดวกในการ
เปลี่ยนถ่านและหลอดไฟ ฝาปิดเป็นแบบเกรียวหมุนปิดสนิทใช้งานง่าย สะดวกในการทำความสะดวกและดูแล
รักษา

๒.๓.๑.๗ สามารถใช้ประกอบกับชุดส่องตรวจหลอดลมที่เป็นผลิตภัณฑ์

มาตรฐานสากล

๒.๓.๑.๘ แผ่นส่องตรวจในชุดมาตรฐานมีให้เลือกใช้ ๓ ขนาด เป็นแผ่นส่องตรวจ

แบบ FIBER OPTIC

๒.๓.๑.๘.๑ แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ ๒ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ อัน

๒.๓.๑.๘.๒ แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ ๓ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ อัน

๒.๓.๑.๘.๓ แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ ๔ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ อัน

๒.๓.๑.๙ รับประกันคุณภาพอย่างน้อยเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันมอบของครบ

อุปกรณ์ประกอบ

๒.๓.๑.๙.๑ หลอดไฟ HALOGEN/XENON ในชุดส่องมาตรฐานพร้อมใช้

จำนวน ๑ หลอด

๒.๓.๑.๙.๒ กล่องเก็บอุปกรณ์ จำนวน ๑ ใบ

๒.๓.๒ เครื่องดูดของเหลวใช้กับไพรอยนต

๒.๓.๒.๑. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ โวลต์ และกระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ และมี
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ภายในตัวเครื่อง น้ำหนักเบาสามารถออกสนามได้

๒.๓.๒.๒. มีอุปกรณ์ควบคุม ปรับแรงดูด พร้อมมาตรวัดแสดงแรงดูด

๒.๓.๒.๓. สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิบาร์ และอัตราการไหล
ของอากาศไม่น้อยกว่า ๑๕ ลิตรต่อนาที

๒.๓.๒.๔. ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิลิตร
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใบ

๒.๓.๒.๕. มีสายดูด (Suction Tubing) ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๓๐ เมตร

๒.๓.๒.๖. แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเป็นแบบที่สามารถทำการชาร์จไฟได้ทันที
โดยไม่ต้องรอให้ไฟหมด

๒.๓.๒.๗. ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ในวันยื่นเอกสาร

๒.๓.๒.๘. เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย

๒.๔ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง

๒.๔.๑ เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมติดผนัง

๒.๔.๒ สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่า ๐ - ๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท

๒.๔.๓ มีผ้าพันแขน ๑ ชุด และผ้าพันชนิดปะติด (Velcro Fastener) ใช้งานได้สะดวก

๒.๔.๔ สายยางต่อจากผ้าพันแผลเป็นแบบ Coiled Tubing มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

๒.๔.๕ ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด - เปิด ผ่านท่ออย่างจำนวน ๒ ท่อ สะดวก

ต่อการควบคุม

๒.๔.๖ ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขนเป็นลูกยางแบบมาตรฐาน

๒.๕ ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน

- ๒.๕.๑ โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมชนิดอ่อน
- ๒.๕.๒ ปรับขนาดได้ โดยปรับสายรัดแบบปะติด
- ๒.๕.๓ ด้านหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลมผู้ป่วยได้
- ๒.๕.๔ มี ๓ ขนาด S, M, L

๒.๖ ชุดเฝือกลมสุญญากาศ

- ๒.๖.๑ เฝือกลมสุญญากาศ ใช้สำหรับตามแขน - ขา ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เฝือกลมมีทั้งหมด ๓ ชิ้นประกอบด้วย เฝือกตามแขน ๒ ชิ้น เฝือกตามขา ๑ ชิ้น
 - ๒.๖.๑ เฝือกตามแขนชิ้นที่ ๑ มีความกว้าง ๓๐ เซนติเมตร ความยาว ๕๐ เซนติเมตร
 - ๒.๖.๒ เฝือกตามแขนชิ้นที่ ๒ มีความกว้าง ๕๐ เซนติเมตร ความยาว ๗๐ เซนติเมตร
 - ๒.๖.๓ เฝือกตามขาชิ้นที่ ๓ มีความกว้าง ๗๐ เซนติเมตร ความยาว ๑๐๐ เซนติเมตร
 - ๒.๖.๔ มีกระบอกสำหรับสูบลม ๑ อัน
 - ๒.๖.๕ มีกระเป๋าสําหรับใส่เฝือกลมสุญญากาศ ๑ ใบ

๒.๗ ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับท่อก๊าซ

- ๒.๗.๑ โครงสร้างทํามาจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป

๒.๘ อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น

- ๒.๘.๑ โครงสร้างภายในผลิตจาก PVC ที่สามารถเพิ่มความสะดักสบายในการใช้งาน
- ๒.๘.๒ โครงสร้างภายนอกประกอบด้วยเข็มขัดที่แน่นหนา
- ๒.๘.๓ เมื่อผู้ป่วยสวมชุด Body Splint บริเวณศีรษะจะได้รับการป้องกันจากเฝือกคอ

๒.๙ แก้อีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้

- ๒.๙.๑ ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
- ๒.๙.๒ แก้อีพยาบาลชนิดนี้ ส่วนใหญ่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไม่

สามารถนอนได้

- ๒.๙.๓ แก้อีชนิดนี้สามารถพับได้
- ๒.๙.๔ แก้อีชนิดนี้มี ๔ ล้อ
- ๒.๙.๕ แก้อีชนิดนี้มีที่จับ ๔ ตำแหน่ง (สามารถพับได้)
- ๒.๙.๖ บริเวณใต้แก้อีด้านข้างมีคันโยก ที่สามารถโยกขึ้น - ลงได้
- ๒.๙.๗ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม พร้อมเอกสารรับรองจาก

หน่วยงานราชการมาขึ้นในวันเสนอราคา

- ๒.๙.๘ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ง่ายต่อการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด

๒.๑๐ ถังออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร

- ๒.๑๐.๑ ถังออกซิเจนเป็นถังอลูมิเนียมขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง

๒.๑๐.๒ บริษัทผู้ผลิตก๊าซต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐาน มอก.และ ISO ในการผลิตก๊าซ
อุตสาหกรรมทั่วไป โดยกรรมวิธีการผสมและบรรจุในภาชนะบรรจุทนความดัน ครอบคลุมถึงการประกันคุณภาพ
และการจัดส่ง (พร้อมแนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตในวันเสนอราคา)

๒.๑๑ ชุดปรับแรงดันออกซิเจน (ใช้กับถังออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร)

๒.๑๑.๑ ชุดปรับแรงดันออกซิเจน สำหรับถัง Oxygen cylinder ๑๐ litre

๒.๑๑.๑.๑ Regulator แบบ ๑ เกจวัด

๒.๑๑.๑.๒ เกจ (Gauge) วัดแรงดันภายในถังออกซิเจน

๒.๑๑.๑.๓ Flow meter

๒.๑๑.๑.๔ Humidifier

๒.๑๑.๑.๕ Masal Cannula with mask (ชุดครอบจมูก)

๒.๑๒ ชุดกระดานแข็งรองนอน พร้อมเข็มขัด

๒.๑๒.๑ ผลิตจาก Polyethylene ทนแรงกระแทก มีความกระชับเมื่อรัดเข็มขัด Safety

Belt

๒.๑๒.๒ สามารถ X-RAY/CT ผ่านได้

๒.๑๒.๓ สามารถใช้ร่วมกับชุดลือคศิริชะได้

๒.๑๒.๔ เหมาะสำหรับใช้งานในโรงพยาบาล สนามกีฬา รถพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
นอกสถานที่และผู้ได้รับบาดเจ็บ

๒.๑๒.๕ มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เซนติเมตร มีความกว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๑
เซนติเมตร มีความหนาพร้อมฐานไม่เกิน ๗ เซนติเมตร

๒.๑๒.๖ มีน้ำหนักไม่เกิน ๗ กิโลกรัม

๒.๑๒.๗ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ กิโลกรัม พร้อมเอกสารรับรองจากหน่วยงาน
ราชการ มายืนในวันเสนอราคา

๒.๑๒.๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันยื่น
เอกสาร

๒.๑๓ ชุดลือคศิริชะพร้อมเข็มขัด

๒.๑๓.๑ ผลิตจากก๊อนโฟมขึ้นรูปที่มีความหนาแน่นสูง มีช่องขนาดใหญ่อยู่บริเวณระนาบ
เดียวกับช่องหูเพื่อสังเกตอาการผู้ป่วยสามารถใช้ร่วมกับ Spine Board หรือ Scoop Stretcher ได้

๒.๑๓.๒ อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่รบกวน X-RAY/CT ผิวโดยรอบก๊อนโฟมชุบเคลือบด้วยโพลียูรีเทน
เหลว สามารถกันน้ำได้ ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

๒.๑๔ ชุดกระเป๋ปฐมพยาบาล ๑๖ รายการ

๒.๑๔.๑ หูฟัง

๒.๑๔.๒ เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล

๒.๑๔.๓ กรรไกร ๑๔ CM

๒.๑๔.๔ คีมคีบ ๑๔CM

๒.๑๔.๕ ที่กดลิ้น

๒.๑๔.๖ ไฟฉาย

๒.๑๔.๗ เทปแต่งแผล

- ๒.๑๔.๘ แอลกอฮอล์
- ๒.๑๔.๙ เบตาดีน
- ๒.๑๔.๑๐ สำลีก้อน
- ๒.๑๔.๑๑ สำลีไม่พันกัน (บรรจุ ๑๐๐ ชิ้น)
- ๒.๑๔.๑๒ ผ้าก๊อตอนามัย Size ๔"x๔"
- ๒.๑๔.๑๓ ผ้าก๊อตในของสุญญากาศ Size "๓x๓"
- ๒.๑๔.๑๔ ผ้าพันแผลยืดหยุ่น ๔"
- ๒.๑๔.๑๕ พลาสเตอร์ยา (บรรจุ ๑๐๐ ชิ้น)
- ๒.๑๔.๑๖ ที่หนีบสายสะดือ

๒.๑๕ ไม้ตามแขน - ขา

๒.๑๕.๑ ทำจากวัสดุสังเคราะห์ สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ป้องกันของเหลวซึมผ่านได้ดี บรรจุในกระเป๋ารวมหุ้มีซิปป

๒.๑๕.๒ ไม้ตามขาส่วนรองรับขา กว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๔ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร ส่วนรองรับปลายเท้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

๒.๑๕.๓ ไม้ตามแขน ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๗ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ ตัวรถยนต์ บริษัทผู้ผลิตรถต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลา ๒ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดจากกรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทรถยนต์

๓.๒ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๓.๓ โรงงานผู้ตกแต่ง ดัดแปลงรถพยาบาลจะต้องมีมาตรฐานและขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้โดยต้องแนบสำเนาเอกสารใบอนุญาตมาพร้อมใบเสนอราคา

๓.๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบหรือแคตตาล็อก ทั้งตัวรถยนต์ และอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในรถพยาบาลมาเพื่อให้ผู้ซื้อได้พิจารณา พร้อมทั้งรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์ภายในรถพยาบาล

๓.๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันอุปกรณ์ประกอบรถพยาบาล (เว้นตัวรถยนต์) และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๓.๓.๓ อุปกรณ์การแพทย์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน หรือใช้สาธิตมาก่อน หากเกิดการชำรุดขัดข้องภายในระยะเวลารับประกัน และทำการแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ผู้ขายจะต้องนำชิ้นส่วนหรืออะไหล่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า

๓.๔ ต้องเป็นรถใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตัวรถและเครื่องยนต์ผลิตจากผู้ผลิตเดียวกัน

๓.๕ ต้องแสดงสัญลักษณ์บ่งบอกเป็นรูปปฏิบัติการฉุกเฉินตามที่กำหนดไว้ในส่วนของมาตรฐานการแสดงสัญลักษณ์และเครื่องหมายโดยหน่วยปฏิบัติ

- ๓.๑๐ ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น
- ๓.๑๑ อุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญสามารถนำออกไปเพื่อบริการแพทย์ฉุกเฉินหรือดูแลรักษาผู้ป่วยนอก รพพยาบาลได้อย่างสะดวก สามารถให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยในระดับ basic trauma life support
- ๓.๑๒ สามารถบรรทุกผู้ป่วยนอนในรถได้ไม่น้อยกว่า ๑ คน และผู้โดยสารอื่นได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ คน
- ๓.๑๓ ต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยครบถ้วนปฏิบัติการฉุกเฉินตามเสนอ
- ๓.๑๔ ให้ติดแถบสะท้อนแสง ข้อความ และเครื่องหมายต่างๆ ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด
- ๓.๑๕ ให้ติดสติ๊กเกอร์ องค์การบริการส่วนตำบลโคกก่อง ด้านหน้ารถ ด้านข้างตู้กระบะสองข้างและ ด้านท้ายรถขนาดตามความเหมาะสม
- ๓.๑๖ รพพยาบาลสามารถทำความสะอาด สะดวก และมีประสิทธิภาพ
- ๓.๑๗ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถึงในวันส่งมอบ
- ๓.๑๘ ให้พันตราเครื่องหมาย องค์การบริการส่วนตำบลโคกก่อง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว และชื่อย่อองค์การบริการส่วนตำบลโคกก่อง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว หรือชื่อเต็มองค์การบริการส่วน ตำบลโคกก่อง สูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พันรหัสพัสดุ ๙ หลัก ที่ประตูรถทั้งสองข้าง
- ๓.๑๙ ผู้ซื้อจะชำระค่าพัสดุโดยการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถและป้ายทะเบียนภาษีสรรพสามิต อีกทั้งการดำเนินการอื่นๆ ทั้งหมดไว้แล้วโดยเป็นกรรมสิทธิ์ ถูกต้องให้แก่ผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ (พรบ.) จำนวน ๑ ปี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุชา ภิญญะพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่.....๑๑ กพ. ๒๕๖๓.....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา ไชยตะมาตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....๑๑ กพ. ๒๕๖๓.....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ ด้านลาพล)

พนักงานขับรถยนต์

วันที่.....๑๑ กพ. ๒๕๖๓.....